



Pregão Presencial – 009/2018

ESCLARECIMENTO

TEXTO DO EDITAL:

Referência ao ITEM 42 do Termo de Referência especificado no Edital. “KITASATO; FABRICADO VIDRO BOROSILICATO TRANSPARENTE; COM SAÍDA SUPERIOR E LATERAL; COM GRADUAÇÃO.”

PERGUNTA 1:

Solicito que informe o volume do seguinte item:

42. KITASATO; FABRICADO VIDRO BOROSILICATO TRANSPARENTE; COM SAÍDA SUPERIOR E LATERAL; COM GRADUAÇÃO.

Resposta: O volume da vidraria deverá ser de 1.000 ml.