

Recife, 01 de novembro de 2018.

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018.**

**OBJETO:** Aquisição de instrumentos laboratoriais para as unidades do SENAI/PE.

1 – Questionamento:

Favor verificar também os itens 01 e 02 do lote 1:

Lote	Item	Descrição	UND	QTD
1	1	<b>BOMBA MANUAL DE AMOSTRAGEM DE GASES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</b> LEITURA DIRETA E INSTANTÂNEA EM PPM OU % DE VOLUME ATRAVÉS DE TUBOS COLORIMÉTRICOS (REAGENTES) DESCARTÁVEIS; DEVE DETECTA NO MÍNIMO 120 TIPOS DE GASES; DETECÇÃO POR MEIO DE PISTÃO E INDICAÇÃO DO FINAL DE PASSAGEM DE AR DEVE POSSUIR QUEBRADOR DE TUBOS PARA EVITAR ACIDENTE OU PERDAS; CONSTRUÍDO EM LIGA DE METAL RESISTENTE À CORROSÃO ESTOJO; LUBRIFICANTE; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; <b>PRODUTO 100% NACIONAL</b>	UND	1
	2	<b>TUBOS CALORIMÉTRICO PARA OZÔNIO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</b> ESCALA DE MEDIÇÃO DE 0,05 A 1PPM (100ML/MIN); TEMPO DE AMOSTRAGEM: 1 MINUTO (1 BOMBEADA); MUDANÇA DE COR AZUL – BRANCO; T.L.V DE 0,05 PPM; LIMITE DETECTÁVEL: 0,01 PPM (2 BOMBEADAS); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE ATÉ 40°C; DIMENSÕES DE 148,00 MM X Ø 6,00 MM; <b>PRODUTO 100% NACIONAL</b>	UND	10

**\*Favor reavaliar a necessidade dos itens acima serem nacionais, pois os produtos no mercado que atendem 100% as características são importados.**

**Resposta:** O Lote 01 poderá ser Nacional e/ou importado.

**Comissão Permanente de Licitação**